



C.T.S. ESPAÑA

Productos y Equipos para la Restauración, S.L.

C/ Monturiol, 9 – Pol. Ind. San Marcos

28906 GETAFE (MADRID)

Tel.: +34 91 601 16 40 (4 líneas) – Fax: +34 91 601 03 33

<https://shop-espana.ctseurope.com> – cts.espana@ctsconservation.com



AGUA DESMINERALIZADA

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Fecha: Marzo 2024

El Agua desmineralizada envasada suministrada por CTS España, cumple con los estándares para calidad de agua de **Grado II** según organismo internacional para especificaciones de estandarización del agua para uso de laboratorio **ISO 3696**

Parámetro	Grado 2
pH a 25°C	5,5-7,0 (*)
Conductividad eléctrica $\mu\text{S}/\text{cm}$ 25°C, máx.	1,0
Materia oxidable Contenido de oxígeno máx en m	0,08
Absorbancia max.(UA 254 nm)	0,01
Residuos tras la evaporación al calentar a 110°C mg/kg, máx.	1
Contenido de sílice (SiO ₂) máx en mg/L.	0,02

(*) Según la norma de referencia el pH de este tipo de agua no aplica, esto es debido a la imposibilidad de medir correctamente en aguas sin iones con métodos convencionales.